

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»



Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 1822/R
Certificate number

Стр. 1 из 2
Page of

Дата калибровки 16.05.2024 г.
Date when calibration

Серийный номер N358
Serial number

Объект калибровки Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц
Item calibrated

Заказчик Петриков Сергей Владимирович, ИНН 771518999972
Customer Информация о заказчике, адрес/name of the customer, address

Наименование эталона / description of measurement standard
3.2.АКЗ.0116.2019, 3.2.АКЗ.0138.2019, 3.2.АКЗ.0145.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС13
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions

Температура окружающего воздуха 22°C, Относительная влажность воздуха 56%



Утверждающая подпись /
Authorizing signature

Лукин Д. А., Техник МС
ФИО и должность / name and function

16.05.2024 г.
Дата выдачи /
date of issue

И2 №К78072

Номер сертификата 1822/R
Certificate number

Стр. 2 из 2
Page of

Серийный номер N358
Serial number

Результаты калибровки
Calibration results

Наименование	Результат калибровки*	Примечание
Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц	соответствует	-

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС13

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев.

Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration



Лукин Д. А., Техник МС
ФИО и должность / name and function

16.05.2024 г.
Дата выдачи / date of issue

